

Ўзбекистон стандартлаштириш,
метрология ва сертификатлаштириш
агентлиги бош директорининг 2016 йил
“_____” _____ даги _____-сонли бўйргига
ИЛОВА

Ўлчаш воситаларини метрологик аттестациядан ўтказиш ҚОИДАЛАРИ

Ушбу Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг “Метрология тўғрисида”ти қонунига мувофиқ, давлат метрология текшируви ва назорати татбиқ этиладиган доираларда фойдаланиладиган ўлчаш воситаларини (бундан буён матнда ЎВ деб юритилади), шу жумладан моддалар ва материаллар таркиби ҳамда хоссаларининг стандарт намуналарини (бундан буён матнда СН деб юритилади) метрологик аттестациядан ўтказиш қоидаларини белгилайди.

1-БОБ. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Ушбу Қоидаларда қўйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

ариза берувчи – ЎВ ва СН метрологик аттестациядан ўтказишга талабгор юридик ёки жисмоний шахс;

давлат метрология хизмати – “Ўзстандарт” агентлиги бошчилик қиладиган Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги давлат метрология хизмати органлари;

метрологик аттестациядан ўтказиш дастури (бундан буён матнда МАД деб юритилади) – аттестациядан ўтказиш бўйича ишларнинг ҳажмини, турлари ва бажариш кетма-кетлигини, ҳисобот маълумотларининг тақдим қилиш шаклларини белгиловчи хужжат;

метрологик хизмати – давлат органлари ва юридик шахсларнинг метрология хизматлари тармоғи ҳамда уларнинг ўлчовлар ягона бирликда бўлишини таъминлашга қаратилган фаолияти;

метрологик экспертиза қилиш – хужжатларда ўлчаш учун мўлжалланган параметрларни танлаш, ўлчашларнинг аниқлик меъёrlарини белгилаш ва ўлчаш усуллари ва воситалари билан таъминлаш ҳақидаги техник қарорларни таҳлил қилиш ва баҳолаш.

стандарт намуна – битта ва ундан кўп катталикларнинг метрологик аттестациядан ўтказиш натижасида аниқланган, шу модда (материал) таркиб ёки хоссасини тавсифлайдиган қийматларига эга модда (материал) кўринишидаги ўлчаш воситаси;

стандарт намунани метрологик аттестациядан ўтказиш – стандарт намунаининг ҳақиқий тавсифларини аниқлаш мақсадида тадқиқ этиш;

ўлчаш воситаси – ўлчашлар учун фойдаланиладиган ва нормаланган метрологик хусусиятга эга бўлган техника воситаси;

ўлчаш воситаларини метрологик аттестациядан ўтказиш – ягона намуналарда ишлаб чиқариладиган (ёки Ўзбекистон худудига ягона намуналарда олиб кириладиган) ўлчаш воситаларининг хоссаларини синчиклаб тадқиқ этиш асосида улар қўлланиш учун ҳаққоний эканлигининг метрологик хизмати томонидан эътироф этилиши;

ўлчаш воситасининг ягона нусҳаси – ягона нусхада ишлаб чиқилган, тайёрланган ёки импорт бўйича олиб келинган ўлчаш воситаси;

2. Давлат метрология текшируви ва назорати татбиқ этиладиган доираларда фойдаланиладиган, ягона намуналарда ишлаб чиқарилиши ва импорт бўйича четдан олиб келиниши лозим бўлган ЎВ ва СН метрологик аттестациядан ўтказилиши лозим.

3. Ягона нусхадан ортиқ миқдорда бўлган бир хил типдаги ЎВ ва СН ариза берувчининг хохишига кўра метрологик аттестациядан ўтказилиши мумкин. Бунда ЎВ ва СН хар бир нусҳаси метрологик аттестациядан ўтказилиши керак.

4. ЎВни метрологик аттестациядан ўтказиш техник жиҳатдан тартибга солиши соҳасидаги норматив ҳужжатларда белгиланган талабларга мувофиқ бўлган давлат метрология хизмати органлари томонидан амалга оширилади.

5. СНни метрологик аттестациядан ўтказиш техник жиҳатдан тартибга солиши соҳасидаги норматив ҳужжатларда белгиланган талабларга мувофиқ бўлган давлат метрология хизмати органлари ва метрологик хизматлар томонидан амалга оширилади.

6. ЎВ ва СНларни метрологик аттестациядан ўтказиш техник жиҳатдан тартибга солиши соҳасидаги норматив ҳужжатлар ёки ўлчовларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлашга оид норматив ҳужжатларга мувофиқ метрологик текширувидан ўтган ўлчаш ва синаш воситалари ёрдамида амалга оширилади.

7. ЎВ ва СНларни метрологик аттестациядан ўтказиш учун тузилган шартномага мувофиқ тўлов Ариза берувчи томонидан амалга оширилади.

2-БОБ. ЎЛЧАШ ВОСИТАЛАРИ ВА СТАНДАРТ НАМУНАЛАРИНИ МЕТРОЛОГИК АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ БОСҚИЧЛАРИ

8. ЎВ ва СНни метрологик аттестациядан ўтказиш қўйидаги босқичларни ўз ичига олади:

ушбу Коидаларнинг 1-иловасига мувофиқ шакл бўйича Ариза тақдим этиш;

аризани кўриб чиқиш;

метрологик аттестациядан ўтказиш учун шартнома тузиш;

Аризага мувофиқ тақдим этилган ҳужжатларни экспертиза қилиш ёки ишлаб чиқиш – ЎВ учун;

метрологик аттестациядан ўтказиш;

метрологик аттестация ҳужжатларини экспертиза қилиш – СН учун;

ЎВ ва СНни давлат реестрида рўйхатга олиш ва метрологик аттестациядан ўтказиш сертификатни расмийлаштириш.

9. ЎВ ва СН метрологик аттестациядан ўтказишнинг ҳар бир навбатдаги босқичи олдинги босқичнинг натижалари ижобий бўлган тақдирда бажарилади.

10. Хоссаларининг ўрганилиши ЎВни йиғиши, созлаш, синаш ва ўлчамига етказиши бажаришни талаб қиласидан ЎВ метрологик аттестациядан шу ишлар бажарилгандан сўнг ўтказилади.

3-БОБ. ЎЛЧАШ ВОСИТАЛАРИ ВА СТАНДАРТ НАМУНАЛАРИНИ МЕТРОЛОГИК АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ УЧУН МЕТРОЛОГИК ХИЗМАТИГА ТОПШИРИШ

11. Ариза берувчи ЎВ ва СНни метрологик аттестациядан ўтказиш учун метрологик хизматига ушбу Қоидаларнинг 1-иловасига мувофиқ шакл бўйича Ариза тақдим этади.

12. ЎВ ва СНни метрологик аттестациядан ўтказиш учун Аризага қўйидаги хужжатлар ва маълумотлар илова қилинади:

- а) ЎВ, СН ва уларнинг эксплуатацион хужжатлари;
- б) МАД лойиҳаси;
- в) ЎВ ва СНни ишлаб чиқиши бўйича техник хужжат.

13. ЎВни қиёслаш услубиёти акс эттирилган Ўзбекистон Республикаси худудида мажбурий қучга эга бўлган норматив хужжат мавжуд бўлмаган тақдирда ариза берувчи томонидан аризага илова қилинган ҳолда ЎВни қиёслаш услубиёти лойиҳаси тақдим этилади.

14. Ариза берувчининг буюртмасига биноан МАД ва қиёслаш услубиёти давлат метрология хизмати органлари томонидан ишлаб чиқилиши мумкин. Бунда МАД ва қиёслаш услубиёти ариза берувчи билан келишилиши лозим.

15. Ариза берувчи ўз хоҳишига кўра ЎВ ва СН метрологик аттестациядан ўтказишга тааллукли кўшимча хужжатлар ва маълумотларни тақдим этиши мумкин.

16. ЎВ ва СН метрологик аттестациядан ўтказиш учун тақдим этиладиган хужжатлар ва маълумотлар давлат тилида ёки рус тилида бўлиши керак. Агар улар бошқа тилларда баён қилинган бўлса, у ҳолда хужжатларга ишончлилиги учун ариза берувчи жавоб берадиган айнан ўхшаш таржима илова қилинади.

4-БОБ. ЎЛЧАШ ВОСИТАЛАРИНИ МЕТРОЛОГИК АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ

17. Ариза берувчи ушбу Қоидаларнинг 1-иловасида келтирилган шаклга мувофиқ ЎВни метрологик аттестациядан ўтказиш бўйича аризани давлат метрология хизмати органига тақдим этади ва унга ушбу Қоидаларнинг 12-13-бандларида кўрсатилган хужжатлар ва маълумотларни илова қиласиди.

18. Давлат метрология хизмати органи аризани 1 иш куни мобайнида кўриб чиқади ва ариза берувчи билан ЎВни метрологик аттестациядан ўтказиш учун шартнома тузади ёки метрологик аттестациядан ўтказиш имконияти мавжуд бўлмаган тақдирда ариза берувчига рад жавобини беради.

19. Давлат метрология хизмати органи ЎВни метрологик аттестациядан ўтказиш учун тузилган шартномага мувофиқ тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 5 иш кунидан ортиқ бўлмаган муддатда ариза берувчи томонидан тақдим этилган МАД ва қиёслаш услубиёти лойиҳаларини экспертиза қилишни таъминлайди. Экспертиза натижалари хулоса билан расмийлаштирилади.

20. Экспертиза натижалари салбий бўлган тақдирда давлат метрология хизмати органи 3 иш куни мобайнида ариза берувчига асосланган сабабларини кўрсатган ҳолда ёзма билдиришнома юборади. Бунда ариза берувчига кўрсатилган камчиликларни 20 иш куни мобайнида бартараф этиш ва ҳужжатларни такрорий кўриб чиқиш учун тақдим этиш имконияти берилади.

21. Давлат метрология хизмати органининг билдиришномасида кўрсатилган камчиликлар ариза берувчи томонидан бартараф этилган тақдирда ҳужжатларни такрорий кўриб чиқиш камчиликларнинг бартараф этилганини тасдиқловчи ҳужжатлар ариза берувчи томонидан тақдим этилган кундан бошлаб 5 иш кунидан ошмайдиган муддатда амалга оширилади. Ҳужжатларни такрорий кўриб чиқилганлиги учун тўлов ундирилмайди.

Белгиланган муддат тугагандан кейин берилган ҳужжатлар янгидан берилган ариза ҳисобланади.

22. Такрорий экспертиза натижаси салбий бўлган тақдирда давлат метрология хизмати органи ариза берувчининг ҳужжатларидағи камчиликлар бартараф этилмаганлиги сабабли ЎВни метрологик аттестациядан ўтказишни рад этилгани тўғрисида 3 иш куни мобайнида хабардор қиласди.

23. Ариза берувчи давлат метрология хизмати органига МАД ва қиёслаш услубиётини ишлаб чиқиш бўйича буюртма берган тақдирда, ҳужжатлар давлат метрология хизмати органи томонидан ЎВни метрологик аттестациядан ўтказиш учун тузилган шартномага мувофиқ тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 10 иш куни мобайнида ишлаб чиқиласди.

24. Бир турдаги ЎВни метрологик аттестациядан ўтказиш давлат метрология хизмати органи томонидан тасдиқланган намунали МАД бўйича ўтказилиши мумкин.

25. Давлат метрология хизмати органи МАДга асосан 15 иш кунидан ошмайдиган муддатда ЎВнинг хоссаларини синчиклаб тадқиқ этади ва натижаларни метрологик аттестациядан ўтказиш баённомасида ҳамда далолатномада расмийлаштиради.

26. ЎВни метрологик аттестациядан ўтказишда МАД, баённома ва далолатнома шакли ва мазмунига қўйилган талаблар техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларда белгиланади.

5-БОБ. СТАНДАРТ НАМУНАЛАРИНИ МЕТРОЛОГИК АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ

27. Ариза берувчи ушбу Қоидаларнинг 1-иловасида келтирилган шаклга мувофиқ СНни метрологик аттестациядан ўтказиш бўйича аризани метрологик хизматига тақдим

этади ва унга ушбу Қоидаларнинг 11-бандида кўрсатилган хужжатлар ва маълумотларни илова қиласди.

28. Метрологик хизмати аризани 5 иш куни мобайнида кўриб чиқади ва натижа ижобий бўлган тақдирда ариза берувчи билан СНни метрологик аттестациядан ўтказиш учун шартнома тузади ёки метрологик аттестациядан ўтказиш имконияти мавжуд бўлмаган тақдирда ариза берувчига рад жавобини беради.

29. Метрологик хизмати МАДда кўзда тутилган муддатларда зарур экспериментал ва назарий тадқиқотлар ўтказади ва метрологик экспертиза ўтказиш учун хужжатларни давлат метрология хизмати органига тақдим этади.

30. Давлат метрология хизмати органи тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 10 иш кунидан ортиқ бўлмаган муддатда СН хужжатларининг метрологик экспертизасини ўтказади.

31. СН хужжатларининг метрологик экспертизаси натижалари ижобий бўлган тақдирда, давлат метрология хизмати органи мазкур Қоидаларнинг 2-иловасига мувофиқ СН паспортини расмийлаштиради.

32. СН хужжатларининг метрологик экспертизаси натижалари салбий бўлган тақдирда давлат метрология хизмати органи номувофиқликлар сабабини кўрсатган ҳолда 1 иш куни мобайнида далолатнома расмийлаштиради ва метрологик хизматга тақдим этади.

6-БОБ. ЎЛЧАШ ВОСИТАЛАРИ ВА СТАНДАРТ НАМУНАЛАРИНИ МЕТРОЛОГИК АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ НАТИЖАЛАРИНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ

33. ЎВнинг хоссаларини синчиклаб тадқиқ этиш натижалари ва СНнинг хужжатлари метрологик экспертиза қилиш натижалари ижобий бўлган тақдирда 3 иш куни мобайнида давлат метрология хизмати органи ариза берувчига мос равишда ушбу Қоидаларнинг 3, 4-иловаларига мувофиқ ЎВ ва СН метрологик аттестациядан ўтказиш сертификатини беради.

34. ЎВ ва СН метрологик аттестациядан ўтказиш сертификати бланкаси қатъий ҳисобда туродиган хужжат ҳисобланади, ҳисобга олиш сериясига, тартиб рақамига ва ҳимояланганлик даражасига эга бўлиб, “Давлат белгиси” давлат-ишлаб чиқариш бирлашмасида босмахона усулида тайёрланади ва давлат метрология хизматлари органларига “Ўзстандарт” агентлиги томонидан берилади.

Давлат метрология хизматлари органлари сертификатлар бланкаларининг ҳисобга олиниши, сақланиши ва улардан мақсадли фойдаланилиши учун маъсулдир.

35. ЎВ ва СН метрологик аттестациядан ўтказиш сертификатига унга иловада ушбу Қоидаларнинг 5, 6-иловаларига мувофиқ, ЎВ ва СНнинг таърифлари расмийлаштирилади ва ЎВ ва СН давлат реестрида рўйхатга олинади.

36. ЎВнинг хоссаларини синчиклаб тадқиқ этиш натижалари салбий бўлган тақдирда давлат метрология хизмати органи ариза берувчига метрологик аттестациядан ўтказиш далолатномасини 1 иш куни мобайнида беради.

37. ЎВни метрологик аттестациядан ўтказиш сертификатининг амал қилиш муддати ЎВни қиёслашларо интервалига мувофиқ белгиланади.

38. ЎВни метрологик аттестациядан ўтказиш сертификатининг амал қилиш муддати тугагандан сўнг ЎВ даврий қиёслашдан ўтказилади.

39. СН метрологик аттестациядан ўтказиш сертификатининг амал қилиш муддати – беш йил.

7-БОБ. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

40. Метрологик аттестациядан ўтказиш ишларини бажаришда юзага келган келишмовчиликлар қонун хужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

41. Ушбу Қоидалар талаблари бузилишида айборд бўлган шахслар қонун хужжатларига мувофиқ жавобгар бўлади.

Ўлчаш воситаларини метрологик
аттестациядан ўтказиш
Коидаларига
1 ИЛОВА

**Ўлчаш воситаларини ёки стандарт намуналарини метрологик
аттестациядан ўтказиш учун
АРИЗА**

Ариза берувчи

(ариза берувчи ёки унинг вакили номи, манзили,

телефон рақами, электрон почта манзили)

Сиздан

да ишлаб чиқарилган

(ЎВ ёки СНни ишлаб чиқарган (импорт қилинадиган ЎВ ёки СН
учун) давлат номи, ЎВ ёки СН ишлаб чиқарувчининг номи)

куйидаги шароитларда ишлатиладиган

(температура, намлик, атмосфера босими ва х.к.)

(ЎВ ёки СН номи, тури, идентификацион (завод) рақами,

белгиланган мақсади ва мумкин бўлган қўлланилиш доираси)

куйидаги метрологик тавсифларини аниқлаб беришингизни

(аниқланиши лозим бўлган

метрологик тавсифлар)

ва метрологик тавсифларни

(норматив хужжатларга ҳаволалар

ёки аниқ метрологик тавсифлар қийматлари)

талабларига мувофиқлигини аниқлаб беришингизни сўрайди.

Аризага қуйидагилар илова қилинади:

1.

2.

3.

.....

ЎВ ёки СН метрологик аттестациядан ўтказиш натижаси қандай чиқишидан қатъий назар
метрологик аттестациядан ўтказиш бўйича тўловларни кафолатлайман.

Ариза берувчи

(имзо)

(фамилияси, инициали)

(сана)

Үлчаш воситаларини метрологик
аттестациядан ўтказиш
Қоидаларига
2 ИЛОВА

Стандарт намунани ПАСПОРТИ

Үлчаш воситалари
давлат реестрининг
белгиси

20__ йил “___” ____ гача
амал қиласи.

1. Стандарт намуна номи _____
2. Белгиланган мақсади ва қўлланилиш доираси _____
3. _____ - сон стандарт намуна сертификатига мувофиқ ишлаб чиқарилади,

Амал қилиш муддати _____
(ой, йил)

4. Ишлаб чиқарувчи _____
(стандарт намунани ишлаб чиқарувчи номи)
5. Меъёрланган метрологик тавсифлари

СН индекси ва таркиби	СНнинг аттестация қилинган метрологик тавсифлари	Катталиктининг белгиланиши	СНнинг аттестация қилинган катталиги	СНнинг аттестация қилинган катталиги хатолиги (ноаниқлиги)*
--------------------------	--	-------------------------------	---	--

* хатолиги (ноаниқлиги) Р=0,095 эҳтимоллик даражасида кўрсатилади.

6. Стандарт намуна нусхасининг яроқлилик муддати _____
7. Стандарт нумана тури ва тавсифи _____
8. Кузатувчанликнинг тасдиғи _____
9. Қўшимча маълумотлар _____
10. Қўллаш тартиби _____
11. Сақлаш ва ташиш шароитлари _____

12. Хавфсизлик талаблари _____
13. Тұлиқлилиги _____
14. Стандарт намунанинг _____ - сон партиясини
ишлиб чиқарылған санаси 20____ йил “____” _____
15. Кафолат мажбуриятлари _____
16. Илова _____

Давлат метрология хизмати
органи раҳбари

(имзо)

(фамилияси, инициали)

Ишлиб чиқарувчининг раҳбари

(имзо)

(фамилияси, инициали)

Ўлчаш воситаларини метрологик
аттестациядан ўтказиш
Қоидаларига
З ИЛОВА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЎЛЧОВЛАР БИРЛИЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШ ДАВЛАТ ТИЗИМИ

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги
(“Ўзстандарт” агентлиги)

(метрологик аттестациядан ўтказган давлат метрология хизмати органи номи)

-сонли

**ўлчаш воситасини метрологик аттестациядан ўтказиш
СЕРТИФИКАТИ**

XX XXXXXXXX

Ўлчаш воситалари
давлат реестрининг
белгиси

(хисобга олиш серияси ва
тартиб рақами)

20__ йил “___” ____ гача
амал қиласи.

Ушбу сертификат

(метрологик аттестациядан ўтказиш Даюлатномасининг рақами, санаси, ким томонидан

асосида

берилганлиги ёки метрологик аттестациядан ўтказиш сертификатини рақами, санаси,
сертификат берган давлат метрология хизмати органи номи)

томонидан ишлаб чиқарилган,

(ўлчаш воситасини ишлаб чиқарувчи - ташкилот номи)

талабларига

(норматив хужжат ёки аризага қилинган ҳавола)

мувофик

томонидан тан олинган

(ўлчаш воситасини метрологик аттестациядан ўтказган давлат
метрология хизмати органи номи)

ўлчаш воситаларини давлат реестрида

- сон билан рўйхатга олинган,

(ўлчаш воситасининг номи ва белгиланиши)

Ўзбекистон Республикаси худудида қўллашга рухсат этилганлигини тасдиқлади.

Ўлчаш воситасининг метрологик тавсифлари ушбу сертификатнинг ажralмас қисми
бўлган Таърифда келтирилган.

Ўлчаш воситасини навбатдаги қиёслаш

дан кечикмай ўтказилсин.

Давлат метрология хизмати
органи раҳбари

(имзо)

(фамилияси, инициали)

(санаси)

Ўлчаш воситаларини метрологик
аттестациядан ўтказиш
Қоидаларига
4 ИЛОВА

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЎЛЧОВЛАР БИРЛИЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШ ДАВЛАТ ТИЗИМИ**

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги
(“Ўзстандарт” агентлиги)

(метрологик аттестациядан ўтказган давлат метрология хизмати органи номи)

-сонли

**стандарт намунани метрологик аттестациядан ўтказиш
СЕРТИФИКАТИ**

XX XXXXXXXX

Ўлчаш воситалари
давлат реестрининг
белгиси

(хисобга олиш серияси ва
тартиб рақами)

20___ йил “___” _____ гача
амал қиласи.

Ушбу сертификат

(стандарт намунани ишлаб чиқарувчи ташкилот номи)

томонидан ишлаб чиқарилган (тайёрланган)

(стандарт намунанинг номланиши ва белгиланиши)

метрологик аттестациядан ўтказилганлигини тасдиқлади.

Стандарт намуна тури

га мос

(норматив хужжатнинг белгиланиши)

Стандарт намуналари давлат реестрида

-сон билан рўйхатга олинган,

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллашга рухсат этилганлигини тасдиқлади.

Стандарт намуна

асосида тасдиқланган.

(метрологик экспертиза натижаларига кўра)

Стандарт намунанинг Таърифи иловада келтирилган ва ушбу сертификатнинг ажralмас қисми хисобланади.

Ушбу сертификатнинг амал қилиши

(стандарт намунанинг номланиши ва унинг белгиланиши)

га тааллуқли.

ёки стандарт намуна тўпининг идентификацион белгилари ва, зарур бўлса, тўп ҳажми)

Давлат метрология хизмати
органи раҳбари

(имзо)

(фамилияси, инициали)

(сана)

Ўлчаш воситаларини метрологик
аттестациядан ўтказиш
Қоидаларига
5 ИЛОВА

**Ўлчаш воситаларининг давлат реестри учун
ЎЛЧАШ ВОСИТАСИННИГ ТАЪРИФИ**

Ўлчаш воситалари
давлат реестрининг
белгиси

ТАСДИҚЛАЙМАН
Давлат метрология хизмати
органи раҳбари

(имзо, фамилияси ва инициали)

ЎВ номи ва белгиланиши	Ўлчаш воситалари давлат реестрига киритилди Рўйхатга олинган рақами _____
------------------------	--

(стандартнинг рўйхат рақами, техник шартлар шифри, ишлаб чиқарувчи фирманинг техник

топшириғининг реквизитлари ёки техник ҳужжатлар белгиси кўрсатилади)

БЕЛГИЛАНГАН МАҚСАДИ ВА ҚҮЛЛАНИШ ДОИРАСИ

(ЎВ белгилангандан мақсади ва тахмин қилинган қўлланиш доираси кўрсатилади)

ТАЪРИФИ

(ЎВ ишлаш принципи, таркиби ва конструкцион хоссалари таърифланади

санкцияланмаган, киришдан пломбалаш схемаси

ва тамға изларини босиши жойларининг белгиланиши)

АСОСИЙ ТЕХНИК ВА МЕТРОЛОГИК ТАВСИФЛАР

(ЎВ асосий техник ва метрологик тавсифлари таърифланади)

ЎЛЧАШ ВОСИТАЛАРИ ДАВЛАТ РЕЕСТРИНИНГ БЕЛГИСИ

(ЎВ давлат реестри белгисининг жойлашган жойи ва белгини қўйиш усули кўрсатилади)

БУТЛИЛИК

(ЎВ етказиш бутлиги, таркибий қисмлар ёки элементларининг (зарур бўлганда) белгилари кўрсатилади)

НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАР

(ЎВ мос бўлган норматив ҳужжатлар белгиланиши ва номи кўрсатилади,

киёслаш услубиётининг белгиланиши ва номи кўрсатилади)

ХУЛОСА

(ЎВ меъерий ва (ёки) техник ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги ҳақида хулоса келтирилади

ЎВ метрологик аттестациядан ўтказган давлат метрология хизмати органининг номи

ва реквизитлари ва унинг аккредитацияланганлиги ҳақида маълумот кўрсатилади)

ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ

(ЎВ ишлаб чиқарувчи корхона номи ва реквизитлари кўрсатилади)

АРИЗА БЕРУВЧИ

(Ариза берувчининг номи ва реквизитлари кўрсатилади)

Ўлчаш воситасини
аттестация қилган
давлат метрология хизмати
органи вакили

_____ (имзо)

_____ (фамилияси, инициали)

Ариза берувчи

_____ (имзо)

_____ (фамилияси, инициали)

Үлчаш воситаларини метрологик
аттестациядан ўтказиш
Қоидаларига
б ИЛОВА

**Стандарт намунанинг давлат реестри учун
СТАНДАРТ НАМУНАНИНГ ТАЪРИФИ**

Ўлчаш воситалари
давлат реестрининг
белгиси

ТАСДИҚЛАЙМАН
Давлат метрология хизмати
органи раҳбари

(имзо, фамилияси ва инициали)

СН номи ва белгиланиши <hr/> <hr/>	Стандарт намуналар давлат реестрига киритилди Рўйхатга олинган рақами _____
---------------------------------------	--

ҲУЖЖАТЛАР

(норматив ҳужжат белгиланиши кўрсатилади ёки техник топширикка ҳавола берилади)

ЧИҚАРИЛИШ ШАКЛИ

(стандарт намуна чиқарилиш шакли кўрсатилади (ягона нусхада чиқарилади,
такрорий тўплар билан, сериявий чиқарилади)

ТЎП РАҚАМИ, ЧИҚАРИЛГАН САНА

(тўп рақами ва СН (тўп) чиқарилган сана кўрсатилади)

БЕЛГИЛАНГАН МАҚСАДИ ВА ҚЎЛЛАНИШ ДОИРАСИ

(стандарт намунанинг белгилangan максади ва тахмин қилинган қўлланиш доираси кўрсатилади)

ҚЎЛЛАНИШ СОҲАСИ

(стандарт намунанинг қўлланиши тахмин қилинаётган соҳа кўрсатилади)

ТАЪРИФИ

(стандарт намунанинг шакли, конструкцияси, ўлчамлари, агрегат ҳолати, норматив ҳужжат бўйича гурӯҳи

ёки маркаси кўрсатилган ҳолда стандарт намуна материали (асоси), бутликда, ўрамда стандарт намуна
нусхаларининг сони таърифланади)

АСОСИЙ ТЕХНИК ВА МЕТРОЛОГИК ТАВСИФЛАР

(стандарт намунанинг асосий техник ва метрологик тавсифлари таърифланади)

НУСХАНИНГ ЯРОҚЛИЛИК МУДДАТИ

ҚҰШИМЧА МАЪЛУМОТЛАР

(құшимча тарзда зарур маълумотлар көлтирилади)

НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАР

(стандарт намунанинг қўлланишини регламентлайдиган ўлчаш, таҳлил, синов усулларининг,

киёслаш (калибрлаш) услубиётларининг норматив ҳужжатлари белгиланиши ва номлари көлтирилади)

ИШЛАБ ЧИҚУВЧИ

(стандарт намунани ишлаб чиқарувчи корхона номи ва реквизитлари кўрсатилади)

ТАЙЁРЛОВЧИ

(стандарт намунани тайёрловчи корхона номи ва реквизитлари кўрсатилади)

ИМПОРТ ҚИЛУВЧИ

(импорт қилувчининг номи ва реквизитлари кўрсатилади)

Стандарт намунани
аттестация қилган
давлат метрология хизмати
органи вакили

(имзо)

(фамилияси, инициали)

Ариза берувчи

(имзо)

(фамилияси, инициали)